

# 华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司 矿井废水处理站更换安装污染源自动 监控设施自主验收公告

## 一、自动监测设施建设（更换）概括

新窑煤矿公司原有监测设备于2016年12月投入使用，因使用年限较长，2022年11月开始设备频繁故障，导致无法正常运行。新窑煤矿公司于2022年11月16日以新窑公司函字【2022】46号文件上报了《关于更换矿井废水处理站COD在线监测仪的请示》，平凉市生态环境局以平环监控发【2022】62号文件于2022年11月22日下发《关于同意华亭煤业集团新窑煤矿更换矿井废水处理站COD在线监测仪表的批复》，同意华亭煤业集团新窑煤矿更换矿井废水处理站COD在线监测仪表的请示。2022年11月22日新窑煤矿公司在矿井废水处理站更换安装了上海世禄仪器有限公司CODmaxI II在线自动监测仪，所选用设备证书齐全，符合环保要求。

## 二、自主验收情况

2022年12月10日-2022年12月12日，新窑煤矿公司委托甘肃量衡信科技咨询有限公司对矿井废水处理站安装的

CODcr 在线监测仪开展了 72 小时调试检测，各项技术指标符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ 353-2019）相关要求，2023 年 1 月 1 日-1 月 30 日进入试运行，设备连续稳定运行未出现故障，符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）要求且联网数据一致。

2022 年 12 月 28 日，甘肃量衡信科技咨询有限公司委托社会化检测机构甘肃泾瑞环境监测有限公司开展了比对验收（编号：泾瑞环监第 JRJC2022676 号），各项技术指标符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）的要求。

### 三、自主验收结论

经过核查，新密煤矿公司矿井废水处理站更换安装污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

华亭煤业集团新密煤矿有限责任公司

2023 年 4 月 3 日

