山寨煤矿工业污水处理站COD污染源自动监测设施自主验收公告

一、自动监测设施建设（更换）概括

我矿工业污水处理站原有安装使用的COD在线监测设备为原污水处理站旧设备，由于服务年限较长，部分设备、线路老化严重，影响监测设备正常使用，现进行更换。矿井于2015年7月29日向平凉市环境保护局上报了《山寨煤矿关于更换工业污水处理站COD在线监测系统设备的请示》（山寨矿发〔2015〕100号）。2015年8月3日-8月10日在工业污水处理站更换安装了美国哈希HACH CODmax型在线监测设备仪，所选用设备证书齐全，符合环保要求。

二、自主验收情况

因该COD在线监测设备为2015年安装，未委托第三方服务机构进行自主验收调查。矿井于2015年9月14日向平凉市环境保护局上报了《山寨煤矿关于对工业污水处理站COD在线监测设备进行验收的申请》（山寨矿发〔2015〕119号），平凉市环境监测站于2015年9月30日开展了比对验收监测，并出具了《废水污染源自动监测设备比对监测报告（验收）》（平环监字〔2015〕第191号），各项技术指标符合《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T 354-2007）。2015年11月24日，平凉市环境保护局组织市环境监察支队、市环境监测站、市环境信息监控中心和华亭县环境保护局相关人员对我

矿工业污水处理站COD污染源自动监测设施进行了验收，验收组通过技术资料审核、比对监测结果分析、现场踏勘和审核评分，同意我矿工业污水处理站COD污染源自动监测设施通过验收，并以平环监控发〔2015〕45号文件进行了批复。

三、自主验收结论

经过核查，我矿工业污水处理站COD污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

华亭煤业集团公司山寨煤矿

2023年4月6日