

治平镇污水处理站污染源自动监控设施 自主验收公告

一、自动检测设施建设概括

治平镇污水处理站自动监测设施于 2019 年 11 月建设完毕，设备系江苏博克斯科技股份有限公司生产的，COD 自动在线检测仪 DH310C1；氨氮自动在线检测仪 DH311N1；总磷自动在线检测 DH312P1；总氮自动在线检测仪 DH313TN。南京德宏数码科技有限公司的污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪。

二、自主验收情况

治平镇污水处理站在线监测仪按照规范要求安装，符合自动监测设施安装技术规范。安装完毕之后由施工单位甘肃兰菲环保科技有限公司进行调试，符合相关规范要求。运行期间设备正常运行，满足生产技术要求，运行期间甘肃涇瑞环境监测有限公司进行了比对监测，比对监测结果合格，联网监测数据与现场监测数据一致。

三、自主验收结论

经过核查，治平镇污水处理站污染源自动监测设施符合国家污染源自动监测设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

静宁县治平镇人民政府

2023 年 4 月 6 日

