

# 崇信县周寨煤业有限责任公司 污水处理站 COD 污染源自动监控设施自主验收公告

## 一、自动监测设施建设(更换)概括：

崇信县周寨煤业有限责任公司工业废水排放口 COD 在线监测仪设备由于使用年限较长，在使用过程中各类配件不同程度出现破损，部门元器件老化，经常故障，影响监测设备正常使用，更换后的设备生产商：江苏博克斯科技股份有限公司，型号：DH310C1。

## 二、自主验收情况：

(1)2022 年 1 月 6 日甘肃量衡信科技咨询有限公司现场更换备机使用，2022 年 1 月 30 日提交了申请更换污水处理站 COD 在线监测系统的报告，平凉市生态环境局崇信分局对该项目进行了批复（崇环执法{2022}5 号）文件。

(2)2022 年 1 月 11 日—17 日开展了试运行，按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ353-2019)，2022 年 1 月 18 日-20 日对污水处理站安装的 COD 在线监测仪开展了 72 小时调试监测，各项技术指标符合相关要求。

(3)2022 年 1 月 25 日—26 日委托甘肃泾瑞环境监测有限公司开展了对比验收，报告编号：泾瑞环境第 JRJC2022050 号，各项技术指标符合相关要求。

(4) 设备更换安装完成后，及时与平凉市生态环境局崇

信分局监控中心平台完成联网，调取了 2022 年 1 月 21 日—27 平台接收的数据，2022 年 2 月 8 日完成了联网测试并编制了联网测试报告。

### 三、自主验收结论：

2022 年 2 月 12 日通过甘肃量衡信科技咨询有限公司、甘肃泾瑞环境监测有限公司和相关行业专家及管理人员验收通过崇信县周寨煤业有限责任公司更换安装 COD 在线监测仪，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

崇信县周寨煤业有限责任公司

2023 年 4 月 4 日

