

静宁县晨翔实业有限责任公司污水处理站污染源自 动监控设施自主验收公告

一、自动监测设施建设概括

静宁县晨翔实业有限责任公司污水处理站自动监测设施于 2019 年 9 月建设完毕、设备系杭州聚光科技科技股份有限公司生产的 COD-2000 型在线分析仪、CC131860543 型氨氮在线分析仪、CC211880745 型在线分析仪在线分析仪。

二、自主验收情况

静宁县晨翔实业有限责任公司污水处理站在线监测仪按照规范要求安装，符合自动监测设施安装技术规范。安装完毕之后由施工单位杭州聚光科技股份有限公司进行了调试，符合相关规范要求。运行期间设备正常运行，满足生产技术要求，运行期间由甘肃泾瑞环境监测有限公司进行了比对监测，泾瑞环监 JRJC2022470 号报告比对监测结果合格，联网上传数据与现场数据一致性。

三、自主验收结论

经过核查，静宁县晨翔实业有限责任公司污水处理站污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

静宁县晨翔实业有限责任公司

2023 年 4 月 2 日

