

## 附件 1

# 静宁县四海食品有限公司污水处理站 污染源自动监控设施自主验收公告

### 一、自动监测设施建设（更换）概括

因生产过程需要，并环保监管部门要求，公司 2014 年 11 月验收自动监测设施：COD 数据分析仪，型号 DH310C1；氨氮数据分析仪，型号 DH311N1。

### 二、自主验收情况

2014 年 10 月委托平凉市环境监测站监测验收（报告编号：SHHJ2014-158），安装、调试、试运行、对比监测、联网等均按照相关流程及技术规范操作，该处理工程按照要求，试运行三个月，设备运转、数据正常，结果均符合相关要求。

### 三、自主验收结论

经过核查，我单位污水处理站污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

静宁县四海食品有限公司

2023 年 4 月 6 日

