

甘沟镇污水处理站污染源自动监控设施 自主验收公告

一、自动监测设施建设概括

甘沟镇污水处理站自动监测设施于2019年9月建设完毕、设备系苏州聚阳环保科技股份有限公司生产的COD-1040型在线分析仪、NH3N-1040型氨氮在线分析仪、TP-1040型在线分析仪、TN-1040型在线分析仪。

二、自主验收情况

甘沟镇污水处理站在线监测仪按照规范要求安装，符合自动监测设施安装技术规范。安装完毕之后由施工单位甘肃兰菲环保公司进行了调试，符合相关规范要求。运行期间设备正常运行，满足生产技术要求，运行期间由甘肃泾瑞环境监测有限公司进行了比对监测，泾瑞环监JRJC2022470号报告比对监测结果合格，联网上传数据与现场数据一致性。

三、自主验收结论

经过核查，甘沟镇污水处理站污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

静宁县甘沟镇人民政府



2023年4月2日